

Дом здравља „Звездара“

Број: 1203/2

Датум: 02.04.2019

Место: Београд, Олге Јовановић 11

Редни број јавне набавке: АИИ-4

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку: текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликовано по партијама

Дана 02.04.2019. године заинтересовано лице се обратило захтевом број 1203/1, за појашњење конкурсне документације за јавну набавку: текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликовано по партијама, ЈН ред. бр. АИИ-4, и поставило следеће питање:

„Као заинтересовани понуђач за учествовање у процесу Јавне набавке бр. АИИ-4, Текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме, Партија бр. 8 Сервисирање опреме за физикалну медицину и рехабилитацију имамо пар нејасноћа везано за испуњење услова за учествовање.

У делу конкурсне документације Додатни услови, тачка бр. 2 Кадровски капацитет написано је да потенцијални понуђач мора да има једно запослено лице, сервисера за извршење уговорених обавеза, а као доказ обучености сервисера доставити фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.

Коментар: Сходно нашем досадашњем искуству мислимо да достављање фотокопије дипломе о стеченој стручној спреми није адекватан додатни услов. Фотокопија дипломе није гаранција да је сервисер обучен за сервисирање апарата одређених произвођача које Ви поседујете. Као ни гаранција да понуђач има овлашћење неког од произвођача опреме и да ће располагати неопходним резервним деловима за извршење уговорених обавеза.

Предлог: Предлажемо да додатни услов буде достављање сертификата о обучености за сервисирање апарата и сертификат буде издат од стране произвођача опреме која је предмет јавне набавке или правног наследника произвођача.

Такође предлажемо да обавезан услов буде да сваки понуђач уз понуду достави и списак резервних делова са ценама за сваки апарат из партије за коју подноси понуду.

Питање: На страни бр. 20 конкурсне документације у делу VII Упутство понуђачима како да сачине понуду, написано је да понуда мора да садржи: Техничке податке, проспекте, сертификате, доказе о испуњености важећих стандарда и прописа, али овај део није назначен у претходном делу документације.


Да ли је ово грешком прекопирано из неке претходне документације?“

Одговор Наручиоца:

Наручилац је сагласан са Вашим наводима, те ће извршити измену конкурсне документације, а уједно и продужити рок за достављање понуда.

НАПОМЕНА: измена конкурсне документације се односи на све партије из наведене јавне набавке.

Члан Комисије



Глишић Марина, службеник за јавне набавке