

PREDMET: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – NABAVKA SANITETSKOG POTROŠNOG MATERIJALA OBLIKOVANA PO PARTIJAMA, JN br. AI-5/2019

Dana 18.10.2019. godine zainteresovano lice se obratilo zahtevom broj 3537/1 za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku i postavilo sledeće pitanje:

Poštovani,

Shodno čl.63. ZJN, molimo Vas za dodatnim pojašnjenjem JN AI-5/2019, Nabavka Sanitetskog potrošnog materijala oblikovan po partijama, u vezi sledećeg:

Naručilac je konkursnom dokumentacijom za partiju 9, Stavka 5 Flaster platno 2,5cmx5m naveo „flaster na platnu 2,5cmX5m, **BEZ** cink-oksida.....“

Ovim putem želimo da ukažemo Naručiocu sledeće:

Osnovna karakteristika flastera na planu je upravo Cink oksid kao jedan od osnovnih sastojaka u proizvodnji flastera na platnu i kao takvi su registrovani kod ALIMS-a, a u skladu sa standardom EN93/42/EEC, zahtevima Evropske farmakopeje, po ISO10993, kao i zahtevima BP 1988 (Britanske farmakopeje) a koji zahtevaju da prilikom proizvodnje flastera na platnu sadržaj Cink-oksida bude $\geq 20\%$.

Takođe Vas obaveštavamo da upravo Cink-oksid služi da smanji iritaciju kože prilikom upotrebe flastera.

U skladu sa gore navedenim proizvodnja flastera na platnu BEZ Cink oksida nije u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom,

Zato Vas molimo da izvršite izmenu konkursne dokumentacije za partiju 9, stavka 5 u delu specifikacije za flaster platno 2,5x5 ili da omogućite da za stavku 5 može da se ponudi flaster na platnu 2,5x5 **BEZ** cink-oksida, Ili flaster na platnu 2,5x5 **SA** cink-oksidom.

Odgovor naručioca:

Naručilac ostaje pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Komisija



Danica Miljojković, dipl.farmaceut